

Số: 1436/SYT-KHTC

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2020

V/v sử dụng vật liệu thay thế lớp
màng lọc trong khẩu trang y tế.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế.

Ngày 01/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Văn bản số 1485/BYT-TB-CT ngày 22/3/2020 bị sử dụng vật liệu thay thế màng lọc trong khẩu trang y tế;

Để đảm bảo cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế đã giao đơn vị chức năng đánh giá, thử nghiệm khẩu trang sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS) thay thế lớp màng vi lọc đang khan hiếm hiện nay và căn cứ Báo cáo của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế tại văn bản số 133/CV-VTTB ngày 19/3/2020 về kết quả thử nghiệm cho thấy có thể sử dụng vải không dệt 3 lớp SMS trên để thay thế lớp màng vi lọc đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN 9389-1:2010.

Trên cơ sở nội dung đánh giá trên, Sở Y tế Đồng Nai thông báo cho các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế trên địa bàn tỉnh:

- Triển khai sản xuất sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS), thay thế lớp màng vi lọc để sản xuất khẩu trang y tế (trong trường hợp thiếu màng vi lọc).

- Các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế tăng cường sản xuất, đảm bảo cung ứng và chất lượng khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ sở báo cáo về Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp báo về Bộ Y tế kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ SYT (để b/c);
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHTC.

PAnh/2020

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ