

Số: 3528/SYT-NV
V/v tăng cường công tác bảo đảm
chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-
2 trong bệnh viện, cơ sở y tế

Đồng Nai, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
 - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai;
 - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai;
 - Giám đốc các Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố;
 - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai;
 - Giám đốc các Bệnh viện ngoài công lập.
- (sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố đã phát hiện ổ dịch mới trong cộng đồng sau 34 ngày không có dịch, xuất hiện các chùm ca bệnh bắt đầu từ người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung sau khi có kết quả xét nghiệm theo quy định. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, việc tiếp tục rà soát, tăng cường, củng cố công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế là rất cần thiết.

Thực hiện Công văn số 454/KCB-QLCL&CĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế; Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm ban hành tại Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19, đặc biệt lưu ý tuân thủ các nội dung:

- Ưu tiên lấy mẫu ngoáy dịch ty hầu, trường hợp không lấy được dịch ty hầu thì tiến hành lấy các loại mẫu khác theo Hướng dẫn.
- Mẫu ngoáy họng phải được lấy đúng vị trí, kỹ thuật.
- Sử dụng que lấy mẫu có đầu là sợi tổng hợp.
- Không dùng que lấy mẫu có cán bằng calcium hay gỗ để lấy mẫu ngoáy dịch ty hầu, dịch ngoáy họng và mẫu ngoáy dịch mũi (nhằm tránh trường hợp có thể gây ức chế phản ứng PCR làm ảnh hưởng đến độ nhạy và đặc hiệu, kết quả xét nghiệm).

- Không được bỏ sót các bước khi thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm.

2. Nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm y học để bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai căn cứ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm ban hành tại Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế, rà soát lại toàn bộ quy trình thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đơn lẻ cũng như gộp mẫu, tiến hành thực hiện ngay xác nhận về giá trị chẩn đoán/sử dụng xét nghiệm đơn lẻ hay phương pháp xét nghiệm gộp trình Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

3. Các đơn vị thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn tại Công văn số 5268/BYTKCB ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, ngăn ngừa triệt để dịch COVID-19 lây lan trong các bệnh viện. Sử dụng/áp dụng xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 phù hợp theo hướng dẫn tại Quyết định số 2202/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 về sử dụng sinh phẩm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 để phát hiện các trường hợp nghi nhiễm.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) kịp thời các vướng mắc, khó khăn để được hỗ trợ giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NV.
(Vg/NV/2021)

GIÁM ĐỐC

Phan Huy Anh Vũ